

酸性磷酸酶(ACP)检测试剂盒(PNP 微板法)

产品简介:

酸性磷酸酶(acid phosphatase, ACP)分布极广泛, 遍布各种组织, 主要存在于细胞的溶酶体内, 所以常作为溶酶体标志酶, 溶酶体外的酸性磷酸酶存在于内质网和胞质内, 各种动物中的酸性磷酸酶各有不同, 酸性磷酸酶的适宜 pH 为 4.5 ~ 5.5。酸性磷酸酶是一个蛋白家族, 哺乳动物中其分子量从 18kD 到 100kD 不等, 该酶分为两类, 一类为酒石酸盐敏感型, 一类为氟离子敏感型。溶酶体中的酸性磷酸酶为酒石酸盐敏感型, 而红细胞和巨噬细胞中的酸性磷酸酶为氟离子敏感型。

Biorigin酸性磷酸酶(ACP)检测试剂盒(PNP 微板法)(Acid Phosphatase Colorimetric Assay Kit)检测原理是利用 Para-nitrophenyl phosphate(pNPP)为一种常用的磷酸酶显色底物, 在酸性条件下, 可在酸性磷酸酶的作用下生成 *p*-nitrophenol, 在碱性条件下 *p*-nitrophenol 呈黄色, 产物黄色越深说明酸性磷酸酶活性越高, 反之则酶活性越低, 通过分光光度比色法测定 400 ~ 415nm 处吸光度, 据此通过比色分析就可以计算出酸性磷酸酶活性水平, 可用于检测细胞或组织的裂解液或匀浆液、血浆、血清、尿液等样品中内源性的酸性磷酸酯酶活性。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	BN27212 120T	Storage
试剂(A): ACP Assay buffer		15ml	4°C
试剂(B): pNPP		2 支	-20°C 避光
试剂(C): <i>p</i> -nitrophenol(10mM)		0.3ml	-20°C 避光
试剂(D): Stopping Solution		20ml	RT
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、水浴锅或恒温箱
- 2、离心机、离心管、96 孔板、酶标仪

操作步骤(仅供参考):

1、准备样品:

- ①血浆、血清和尿液样品: 血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于该试剂盒的测定, 尿液通常也可以直接用于测定, -20°C冻存, 用于酸性磷酸酶的检测。
- ②细胞或组织样品: 取恰当细胞或组织裂解液, 如果有必要可用 PBS 或生理盐水进行适

当匀浆，一般细胞数量在 10^6 以上，组织应在 100mg 以上，3000~4000g 离心取上清，-20℃冻存，用于酸性磷酸酶的检测。

③植物样品：取适量的植物组织加入少量生理盐水或 PBS，充分捣碎或研磨，静置 30min，用纱布或滤纸过滤，4000g 离心 20min，留取上清液并测量体积，-20℃冻存，用于酸性磷酸酶的检测。

④高活性样品：如果样品中含有较高活性的酸性磷酸酶，可以使用原有的裂解液或 PBS 等进行稀释，也可以采用 ACP Assay Buffer 稀释。

- 2、配制显色工作液：取出 1 支 pNPP，恢复至室温后溶解于 2.5ml ACP Assay Buffer，混匀，冰上预冷备用，新配制的显色工作液应在 6h 内用完。
- 3、配制标准品工作液：取出 *p*-nitrophenol(10mM)恢复至室温后，取 10 μ l 溶解于 190 μ l ACP Assay Buffer，使浓度达到 0.5mM 即获得 *p*-nitrophenol(0.5mM)，该试剂-20℃保存 2 周有效。用 *p*-nitrophenol(0.5mM)按下表继续稀释标准品：

加入物(μ l)	1	2	3	4	5	6
ACP Assay Buffer	90	80	60	50	20	0
<i>p</i> -nitrophenol(0.5mM)	10	20	40	50	80	100
<i>p</i> -nitrophenol 浓度(μ M)	50	100	200	250	400	500

- 4、ACP 加样：按照下表设置对照孔、标准孔、测定孔，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的酸性磷酸酶活性过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的检测最好能设置平行孔。

加入物(μ l)	对照孔	标准孔	测定孔
ACP Assay Buffer	40	—	—
标准品工作液(1-6 号)	—	40	—
待测样品	—	—	40
显色工作液	40	40	40
混匀，37℃孵育 25 ~ 30min。			
Stopping Solution	160	160	160

- 5、ACP 测定：以对照调零，分光光度计测定 410nm 处标准孔、测定孔的吸光度(记为 $A_{标准}$ 、 $A_{测定}$)；如果无法检测 410nm，亦可检测 400 ~ 415nm 范围内吸光度，一般 15min 内检测完毕。

计算：

酸性磷酸酶活性单位的定义：在 pH4.8 的缓冲液中，37℃条件下，每分钟水解 *para*-nitrophenyl phosphate 显色底物产生 1 微摩尔 *p*-nitrophenol 所需的酸性磷酸酶的量定义为一个酶活力单位；加入 0.3ml 的 1 号标准管物质时，其酶活力单位为

50uM/20min=2.5U/L, 依次类推, 加入浓度分别为 100μM、200μM、250μM、400μM、500μM 的 *p*-nitrophenol, 活力依次为 5、10、12.5、20、25U/L。以酶活力为横坐标, 以对应的吸光度为纵坐标, 绘制标准曲线, 根据酶活性定义计算出样品中的酸性磷酸酶活性。血浆中的酸性磷酸酶活性范围 2 ~ 7.9U/L, 血清中酸性磷酸酶的活性范围在 2.5 ~ 11.7U/L, 精液(semen)中含有高浓度的酸性磷酸酯酶, 活力可以达到 87 ~ 436KU/L。

注意事项:

- 1、待测样品中不能含有磷酸酶抑制剂, 同时需避免反复冻融。
- 2、建议每次测定时都做标准曲线, 以使标准更准确, 另外标准品需避免反复冻融。
- 3、如果没有酶标仪, 也可以使用普通的分光光度计测定, 但应考虑根据比色杯的最小检测体积, 尽量采用小体积的比色杯。
- 4、所测样品的值高于标准曲线的上限, 应用 ACP Assay Buffer 稀释样品后重新测定。
- 5、1 支显色工作液配制后需当日使用完毕, 因此请注意适当多准备一些样品一起检测。
- 6、*p*-nitrophenol 溶液对人体有害, 反应终止液有腐蚀性, 请小心操作。
- 7、如果希望进行酶活性的绝对定量, 进行酶反应时应精确计时, 此时推荐采用孵育 30min 或更长时间, 以减小操作过程中的时间误差。
- 8、待测样品中酸性磷酸酶活性较低时, 可适当延长孵育时间至 60min。

有效期: 12 个月有效。