

血糖含量 (GOPOD 氧化酶法) 检测试剂盒说明书 (货号:BN72627 微板法 96 样)

一、产品简介:

哺乳动物血液中的葡萄糖称为血糖，是其体内糖的主要运输形式。血糖浓度受神经系统和激素的调节而保持相对稳定，调节失衡时出现高血糖和低血糖。

葡萄糖被葡萄糖氧化酶氧化成葡萄糖酸并产生过氧化氢；过氧化物酶催化过氧化氢氧化4-氨基安替比林偶联酚生成有色化合物，通过检测该有色化合物在 510nm的特征吸收峰，进而得出血糖含量。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 2.2mL×1 支	4°C保存	
试剂二	液体 18mL×1 瓶	4°C保存	
标准管	粉体 mg×1 支	4°C保存	用前准确称取2mg粉体即葡萄糖至一新EP管中，再加2mL蒸馏水充分溶解即得1mg/mL标准品，待用。

三、所需仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、天平、移液器、研钵、离心机、蒸馏水。

四、血糖含量检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、血清样本：直接检测。

2、上机检测：

- ① 酶标仪预热 30min，设置温度在 25°C，设定波长到 510nm。
- ② 做实验前选取 2 个样本，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。
- ③ 在 96 孔板中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)	标准管 (仅做一次)
样本	10		
蒸馏水		10	
标准品			10
试剂一	20	20	20
试剂二	170	170	170
混匀，37°C避光反应 30min，510nm 下读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ 。			

- 【注】：
1. 若测定管的 A 值超过 1.5，可把样本用蒸馏水进行稀释，稀释倍数 D 代入计算公式。
 2. 若 ΔA 低于 0.01，可增加样本加样量 V2 (如增至 50μL)，则试剂二相应减少，空白管和标准管的加样体系保持不变。
 3. 若样本自身颜色为红色，可增设一个样本自身对照 (即 10μL 样本+20μL 蒸馏水+170μL 试剂二)；混匀，37°C避光反应 30min，510nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ，代入公式计算。

五、结果计算：

1、血糖含量(mg/mL)=(C 标准×V1)×△A 葡萄糖÷(A 标准-A 空白)÷V2×D

C 标准---葡萄糖标准品浓度, 1mg/mL; 葡萄糖分子量---180;

V1---标准品加样体积, 0.01mL;

V2---样本加样体积, 0.01mL;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1;