

# 人粪便钙卫蛋白(CALP) 酶联免疫吸附测定试剂盒

- 货号: BN59113
- 检测范围: 11.25-720ng/mL
- 规格: 5×96T/96T/48T
- 保存温度: 2-8°C
- 种属: 人
- 有效期: 6个月

## 实验原理:

本试剂盒采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验 (ELISA)。往预先包被有人钙卫蛋白(CALP)捕获抗体的微孔中, 依次加入样本、标准品、生物素标记的检测抗体, HRP酶结合物, 中间经过温育和洗涤, 用底物TMB显色, TMB在过氧化物酶(HRP)的催化下转化成蓝色, 并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样本中的人钙卫蛋白(CALP)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度 (OD值), 计算样本浓度。

**灵敏度: 6.1ng/mL**

**特异性: 可检测粪便样本中人的CALP, 且与其类似物无明显交叉反应。**

## 注意事项:

1. 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温 20-25°C。使用后立即冷藏试剂。
2. 洗板不正确可能导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。整个过程中不要让微孔干燥时间过长。
3. 清洁板底残留的液体和手指印, 否则影响 OD 值。
4. 底物显色液应呈无色的颜色, 已经变蓝的底物液不能使用。
5. 避免试剂和样本的交叉污染以免造成错误结果。
6. 在储存和温育时避免强光直接照射。
7. 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中试剂的生物活性。
8. 不能使用过期产品, 不同货号 and 批号组分不得混用。
9. 试剂盒以外来源的重组蛋白可能会出现与本试剂盒抗体不匹配而不被识别的情况。
10. 如果可能传播疾病, 所有的样本都应管理好, 按照规定的程序处理样本和检测装置。

## 试剂盒组成:

名称	5×96孔配置	96孔配置	48孔配置	备注
预包被 96 孔酶标板 Pre-coated Assay Plate	5×8 孔×12 条	8 孔×12 条	8 孔×6 条	无
标准品 Standard	10 支	2 支	1 支	按说明书 进行稀释
通用稀释液 Universal Diluent	10×20mL	2×20mL	1×20mL	无
浓缩生物素化检抗 100× Biotin-antibody (100×)	5×120μL	120μL	60μL	按说明书 进行稀释
浓缩酶结合物 100× Streptavidin-HRP (100×)	5×120μL	120μL	60μL	按说明书 进行稀释
20×抽提液 Extraction Buffer (20×)	10×10mL	2×10mL	1×10mL	按说明书 进行稀释
20×洗涤液 Wash Buffer (20×)	10×10mL	2×10mL	1×10mL	按说明书 进行稀释
底物 (TMB) TMB Substrate	5×10mL	10mL	5mL	无
终止液 Stop Solution	5×6mL	6mL	3mL	无
封板膜 Plate Sealer	20 张	4 张	4 张	无
说明书 Instruction Manual	1 份	1 份	1 份	无

## 样本处理及要求:

1. **试剂盒检测范围不等同于样本中待测物的浓度范围**，建议实验前通过相关文献预估样本中待测物的浓度并通过预实验确定样本的实际浓度。如果样本中待测物浓度过高或过低，请对样本做适当的稀释或浓缩。
2. **粪便保存**：粪便样本应收集在平底试管中，2-8°C可以保存6天；冷冻粪便样本会导致钙卫蛋白测定值升高，样本如需长期保存，建议先抽提后，分装成若干支保存于 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ，至少可稳定保存4个月。
3. **粪便抽提**：建议每次抽提称取50-100mg新鲜粪便，按照1:19 (g:mL) 的比例加入对应体积 **1×抽提液**（例如称取100mg粪便后加入1.9mL 1×抽提液，**最终计算样本浓度时需要乘以抽提后的稀释倍数20**），盖上试管，用高速涡旋混合器以最高速度震动混匀10-30分钟，将混匀后的样本移入2mL微量离心管中，离心机10000×g离心5分钟，最后将离心后的上清液分装保存于 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ，可保存4个月。
4. 如果最终测试个别样本超出或低于检测上下限，建议调整相应稀释倍数后重新测试。

## 样本稀释方案:

请提前预估样本的浓度范围, 如果您的检测样本需要稀释, 参考稀释方案如下:

**稀释 100 倍:** 一步稀释。取 5 $\mu$ L 样本到 495 $\mu$ L 通用稀释液内, 做 100 倍稀释;

**稀释 1000 倍:** 两步稀释。取 5 $\mu$ L 样本到 95 $\mu$ L 通用稀释液内, 做 20 倍稀释, 再取 5 $\mu$ L 20 倍稀释样本到 245 $\mu$ L 通用稀释液内, 做 50 倍稀释, 总共稀释 1000 倍;

**稀释 100000 倍:** 三步稀释。取 5 $\mu$ L 样本到 195 $\mu$ L 通用稀释液内, 做 40 倍稀释, 再取 5 $\mu$ L 40 倍稀释样本到 245 $\mu$ L 通用稀释液内, 做 50 倍稀释, 最后取 5 $\mu$ L 2000 倍稀释样本到 245 $\mu$ L 通用稀释液内, 做 50 倍稀释, 总共稀释 100000 倍;

每步稀释时取液量不少于 3 $\mu$ L, 稀释倍数不超过 100 倍。每步稀释都需混合均匀, 避免起泡。


## 实验所需自备试验器材:

1. 酶标仪 (450nm)
2. 高精度移液器及吸头: 0.5-10 $\mu$ L、5-50 $\mu$ L、20-200 $\mu$ L、200-1000 $\mu$ L
3. 37 $^{\circ}$ C恒温箱
4. 蒸馏水或去离子水

## 检测前准备工作:

1. 请提前 10 分钟从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. **标准品梯度工作液配制:** 加入 1mL 通用稀释液至冻干标准品中，静置15分钟待其完全溶解后轻轻混匀(浓度为720ng/mL)，然后按照以下浓度：720ng/mL、360ng/mL、180ng/mL、90ng/mL、45ng/mL、22.5ng/mL、11.25ng/mL、0ng/mL进行稀释。

倍比稀释方法：取7支EP管，每管中加入500 $\mu$ L通用稀释液，720ng/mL 的标准品工作液中吸取500 $\mu$ L到第一支EP管中混匀配成360ng/mL 的标准品工作液，按此步骤往后依次吸取混匀。最后一管直接作为空白孔，不需要再从倒数第二管中吸取液体，具体如下图。



3. **生物素化检抗工作液配制:** 使用前15分钟将100 $\times$ 浓缩生物素化检抗于1000 $\times$ g离心1分钟，以通用稀释液将100 $\times$ 浓缩生物素化检抗稀释成1 $\times$ 工作浓度(例：10 $\mu$ L浓缩液+990 $\mu$ L通用稀释液)，现配现用。
4. **酶结合物工作液配制:** 使用前15分钟将100 $\times$ 浓缩酶结合物于1000 $\times$ g离心1分钟，以通用稀释液将100 $\times$ 浓缩酶结合物稀释成1 $\times$ 工作浓度(例：10 $\mu$ L浓缩液+990 $\mu$ L通用稀释液)，现配现用。
5. **1 $\times$ 抽提液配制:** 取10mL 20 $\times$ 洗涤液到190mL蒸馏水中。(从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，属于正常现象，可放置室温，轻摇均匀，待结晶完全溶解后再配制)。
6. **1 $\times$ 洗涤液配制:** 取10mL 20 $\times$ 洗涤液到190mL蒸馏水中(从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，属于正常现象，可放置室温，待结晶完全溶解后再配制)。

## 操作步骤:

1. 从室温平衡10分钟后的铝箔袋中取出所需板条，剩余板条用自封袋密封放回4°C。



2. 加样：分别将样本或不同浓度标准品按照100 $\mu$ L每孔加入相应孔中，空白孔加入100 $\mu$ L通用稀释液。盖上封板膜后37°C温育60分钟。**(建议：将待测样本用通用稀释液最低稀释1倍后再加入酶标板内测试。从而减少基质效应对测试结果的影响，最后计算样本浓度时需乘以对应的稀释倍数。所有的待测样本和标准品在检测中建议设立复孔)。**



3. 加生物素化检抗：取出酶标板，弃去液体，不用洗涤。每孔直接加入100 $\mu$ L生物素化检抗工作液，盖上封板膜后37°C温育60分钟。



4. 洗板：弃去液体，每孔加入300 $\mu$ L 1x洗涤液，静置1分钟，甩去洗涤液，吸水纸上拍干，如此重复洗板3次（也可用洗板机洗板）。



5. 加酶结合物工作液：每孔加入100 $\mu$ L酶结合物工作液，盖上封板膜后37°C温育30分钟。



6. 洗板：弃去液体按步骤4洗涤方法，洗板5次。



7. 加底物：每孔加入90 $\mu$ L底物(TMB)，盖上封板膜，37°C避光温育15分钟。



8. 加终止液：取出酶标板，每孔直接加入50 $\mu$ L终止液，立即在450nm波长处测定各孔的OD值。

## 实验结果计算:


### 结果判断:

1. 计算标准品和样本复孔的平均 OD 值并减去空白孔的 OD 值作为校正值。以浓度为横坐标, OD 值为纵坐标, 在双对数坐标纸上绘出四参数逻辑函数的标准曲线。
2. 若样本 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测并在计算样本浓度时乘以相应的稀释倍数。

### 典型数据和参考曲线:

以下数据和曲线仅供参考, 实验者需根据自己的实验建立标准曲线。

浓度(ng/mL)	720	360	180	90	45	22.5	11.25	0
OD 值	2.42	1.55	0.88	0.49	0.29	0.19	0.14	0.07
校正 OD 值	2.35	1.48	0.81	0.42	0.22	0.12	0.07	



**注意: 本图仅供参考, 应以每次实验数据所绘制标准曲线计算样本含量。**

## 试剂盒性能:

1. 重复性: 板内变异系数小于 10%, 板间变异系数小于 10%。
2. 回收率: 在选取的健康人粪便中加入 3 个不同浓度水平的人CALP, 计算回收率。

样本类型	范围 (%)	平均回收率 (%)
粪便(n=8)	84-101	96

3. 线性稀释: 分别在选取的4份健康人粪便中加入高浓度人CALP, 在标准曲线动力学范围内进行稀释, 评估线性。

稀释比例	回收率 (%)	粪便
1: 2	范围	82-93
	平均回收率	91
1: 4	范围	89-103
	平均回收率	94

## 问题分析:

若实验效果不好,请及时对显色结果拍照,保存实验数据,保留所用板条及未使用试剂,然后联系我公司技术支持为您解决问题。同时您也可以参考以下资料:

问题描述	可能原因	相应对策
标曲线性差	标准品稀释不正确	确保标准品按照推荐方法溶解和稀释
	移液不准确	定期校准移液器并检查枪头密封性
	反应液蒸发	用封板膜密封酶标板
	洗板不彻底	足够的洗涤次数和加入足量洗涤液
	孔底有异物	读数前清洁板底
显色弱或无色	孵育时间不够	确保孵育时间
	孵育温度不正确	按推荐温度孵育
	试剂体积添加不足	检查移液器并严格按照操作步骤操作
	稀释不正确	检查试剂稀释步骤
	酶结合物失活	混合酶结合物和底物,通过显色反应检查

OD 值低	酶标仪设置不正确	检查仪器波长
	没加终止液	加入适量终止液
	读板时等待时间太长	及时读板
	样本含量过高	通过预实验确定合适的稀释倍数
	样本含量过低	通过预实验确定合适的稀释倍数
背景高	显色液被污染	更换显色液
	显色时间太长	控制显色时间
	检抗或酶结合物稀释错误	使用推荐稀释方法
	洗板不彻底	足够的洗涤次数和加入足量洗涤液