

卡他莫拉菌探针法qPCR试剂盒

Moraxella catarrhalis Probe qPCR Kit

CAT#:BN63714

低温运输, -20℃保存

产品及特点

卡他莫拉菌(*Moraxella catarrhalis*)革兰氏阴性非发酵菌,是寄居于人类上呼吸道的莫拉菌属的一种细菌,过去被认为是存在于上呼吸道的正常细菌,对人体无致病性。近年来,人们发现卡他莫拉菌是一种重要的呼吸道致病菌,可引起儿童和老年人的呼吸道感染,是儿童上颌窦炎、化脓性中耳炎、肺炎及成人下呼吸道感染的重要病原菌,且发病率逐年增加,尤其多见于慢性阻塞性肺病患者,并有可能导致败血症和脑膜炎。因此快速检测卡他莫拉菌对人类健康具有重要的意义。本产品就是以探针法qPCR技术为基础开发的专门检测卡他莫拉菌的试剂盒,它具有下列特点:

1. 即开即用,用户只需要提供样品DNA模板。
2. 引物和探针经过优化,分析灵敏性高,可以达到100拷贝/ μ L。
3. 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4. 特异性高,引物是根据卡他莫拉菌DNA高度保守区设计,不会跟其他的DNA发生交叉反应。
5. 既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。
6. 本产品足够50次20 μ L体系的探针法荧光定量PCR反应。
7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

成分	编号	规格	包装
2×Probe qPCR MasterMix	60001	0.5 mL	1.5 mL
荧光PCR专用模板稀释液	60002	1 mL	1.5 mL
超纯水	60003	1 mL	1.5 mL
卡他莫拉菌探针法 qPCR引物-探针混合干粉	63714-4	50次	1.5 mL
卡他莫拉菌探针法qPCR 阳性对照(1×10^7 拷贝/ μ L)	63714-5	50 μ L	0.5 mL
使用手册		1份	无

本产品仅用于科研

TEL: 010-82422342 www.biorigin.Ltd

	注意：引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入165 μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。
运输及保存	低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。
自备试剂	样品DNA。
使用方法	一、稀释标准曲线样品（以$10\text{E}1$-$10\text{E}6$拷贝/μL这6个10倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。 1. 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。 2. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同。 3. 在6号管中加入5 μL $1 \times 10\text{E}7$拷贝/μL的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得$1 \times 10\text{E}6$拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 4. 换枪头，在5号管中加入5 μL $1 \times 10\text{E}6$拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得$1 \times 10\text{E}5$拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 5. 换枪头，在4号管中加入5 μL $1 \times 10\text{E}5$拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得$1 \times 10\text{E}4$拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 6. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 二、样品DNA的制备 7. 如果有N个样品，最好设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10 μL上步所得4号稀释液再加一定量的水使总体积跟核酸制备试剂盒所要求的起始样本体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。 8. 用自选方法纯化样品DNA，本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容。 三、Probe qPCR反应（20 μL体系，在样品制备室进行） 9. 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做1次重复，则标记N+4个PCR管，其中

N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），1个用于PCR阳性对照（用第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。

10. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）：

成分	样品管 N+2个	PCR阴性 对照管	标准曲线 样品管（1-6管）
2×Probe qPCR MasterMix	10 μL	10 μL	各10 μL
卡他莫拉菌探针法 qPCR引物-探针混合液	3 μL	3 μL	各3 μL
N+2个待测DNA模板	7 μL	不加	不加
超纯水	不加	7 μL	不加
第6步所得标准曲线样品稀释液 （1-6号）	不加	不加	各7 μL（1号样到1号管，2号样到2号管…）

11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行PCR：

过程	温度	时间
预变性	95℃	2 min
PCR反应 (45个循环)	95℃	15 sec
	58℃	30sec（采集FAM通道的荧光信号，淬灭基团为TAMRA）

四、数据处理

12. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的log值为横轴，以Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值，再推算出其浓度。
13. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照必须无Ct或Ct大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct值应该小于40，否则实验无效。如果实验有效，则分析待测样品，如果无Ct或Ct大于或等于40，则为阴性。如果Ct小于40则为阳性。