

Arginine decarboxylase activity Kit

精氨酸脱羧酶(ADC)活性检测说明书

货号:BN72316 方法:紫外分光法 | 规格:24 样

一、产品简介:

精氨酸脱羧酶(ADC, EC 4.1.1.19)是多数植物体内催化游离态多胺合成的关键酶,与植物逆境生理有一定关系。

精氨酸脱羧酶(ADC)催化底物精氨酸生成产物胍丁胺,通过衍生剂使产物胍丁胺衍生化,该衍生物在 254nm 处有最大吸收峰。通过检测 254nm 处吸光值变化得出 ADC 酶活大小。

二、试剂盒组成和配置:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体 1.5mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	液体 5mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	
试剂五	液体 0.3mL×1 瓶	4℃保存	
试剂六	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	该试剂是过饱和溶液,用前混悬下即可使用。
标准品	液体 1mL×1 支	4℃保存	若重新做标曲,则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿(光径 1cm)、可调式移液器、天平、低温离心机、水浴锅、乙醇、乙酸乙酯、甲醇。

四、精氨酸脱羧酶(ADC)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

称取约 0.2g 组织,加入 1mL 经预冷的 95%乙醇冰浴匀浆,4℃放置 10min; 12000rpm, 4℃离心 5min; 弃上清,留沉淀,向沉淀中加入经预冷的 80%乙醇混匀,4℃放置 10min; 12000rpm, 4℃离心 5min; 弃上清,留沉淀。再向沉淀中加入 1mL 经预冷提取液,涡旋混匀,4℃放置 10min; 12000rpm, 4℃离心 5min; 留上清,弃沉淀。上清液置冰上待测。

2、上机检测:

① 紫外分光光度计调至 254nm。试剂一和二可于 37℃孵育 5min。在 EP 管中依次加入:

试剂名称(μL)	测定管	对照管
样本	150	150
试剂一	300	300
混匀,于 37℃条件下孵育 5min		
试剂二	50	
蒸馏水		50
混匀,于 37℃条件下孵育 1 小时。		
试剂三	100	100
混匀,(若浑浊则于 8000g 条件下室温离心 10min),		

上清液待检测。

② 在 EP 管中依次加入：


试剂名称 (μL)	测定管	对照管
上清液	300	300
试剂四	300	300
试剂五	6	6
快速手动或涡旋仪混匀 20 秒，于 40℃ 条件下孵育 50min(期间振荡混匀 3-5 次，每次 30 秒)。		
试剂六	600	600
上下颠倒混匀约 1 分钟。		
乙酸乙酯	700	700
上下颠倒混匀约 1 分钟后（试剂最好上下充分混匀好几次），12000rpm 室温离心 3min 使试剂上下分层，取出 0.5mL 上层液体至 EP 管中，接着用氮吹仪吹干，最后向沉淀中加入 750μL 甲醇使沉淀完全溶解（可用涡旋振荡仪或超声仪），最后取出全部澄清液体至 1mL 石英比色皿（光径 1cm）中于 254nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；

针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 1.6696x - 0.01$ ；x 是标准品摩尔浓度 (μmol/mL)，y 是 ΔA 。



标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

1、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每小时催化 1μmol 精氨酸生成胍丁胺定义为一个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{ADC}(\mu\text{mol/h/mg prot}) &= [(\Delta A + 0.01) \div 1.6696 \times 0.6] \div (\text{Cpr} \times V1 \div V) \div T \times D \\ &= 2.4 \times (\Delta A + 0.01) \div \text{Cpr} \times D \end{aligned}$$

2、按样本质量计算：

酶活定义：每克组织每小时催化 1μmol 精氨酸生成胍丁胺定义为一个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{ADC}(\mu\text{mol/h/g 鲜重}) &= [(\Delta A + 0.01) \div 1.6696 \times 0.6] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D \\ &= 2.4 \times (\Delta A + 0.01) \div W \times D \end{aligned}$$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---样本加入体积，0.15mL；

W---样本质量，g；

T---反应时间，1 小时；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

0.6---第①步中反应总体积，mL；

标准品分子量---228.27；

Cpr---样本蛋白浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

本产品仅用于科研

TEL: 010-82422342 www.biorigin.Ltd